

Заказ – спецификация для 1 турбинной или для 1 ротационной установки

<b>Наименование организации/ Фирма</b>			<b>Измеритель потока</b>		
			Фирма		
Договор №		Дата	Модель		
Место установки			Укажите диапазон потока		- м <sup>3</sup> /ч
			Коэффициент преобразования		м <sup>3</sup> /ИМП
<b>Корректор объема газа</b>	<b>Кол.</b>		Кабель экранированный		м
GVC 2010-10			<b>Датчик давления</b>		
GVC 2010-11			А = абсолютный, Б = избыт. давления		
<b>Данные калибровки</b>	Р max		Диапазон давления		Min Max
Макс.давление газа 63 (бара) абс.			Укажите (бар)		
Температура газа (С)			Дополнительное оснащение		Да Нет
<b>CAT 2010-SS содержит</b>	<b>Да</b>	<b>Нет</b>	Монтажный блок		
Ист.напряжен.230 В AC/ 24В DC			Кабель экранированный		м
Аккумуля. авар. пит. 72 ч			<b>Датчик температуры</b>		
Барьеры Зенера (Р,Т и Q)			Тип датчика РТ 100 DIN IEC 751		
<b>Дополнител. устройства</b>	<b>Да</b>	<b>Нет</b>	Единицы измерения (мм)		100 160 250
Принтер			Длина		
EPSON LX 300+			Дополнительное оснащение		16 бар 100 бар
Модем			<b>Да</b>	<b>Нет</b>	Защитная гильза
			Кабель экранированный		м
			<b>Дополнения:</b>		
<b>Газовый индикатор</b>	<b>Да</b>	<b>Нет</b>	<b>Укажите размер условного прох. ДУ (мм)</b>		
<b>Кабель экранированный</b>					м

